

WOJEWÓDZKI SZPITAL OBSERWACYJNO ZAKAŻNY IM. TADEUSZA BROWICZA

ul. Św. Floriana 12 85-030 Bydgoszcz
centrala tel. 52 325-56-05 fax.52 32-55-664
sekretariat@wsoz.pl

Bydgoszcz, 27.08.2024r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**sukcesywne dostawy masek medycznych dla WSOZ w Bydgoszczy**”, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego oznaczenie sprawy 09/2024.

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Zadanie nr 1

Prosimy o dopuszczenie maseczki medycznej wykonanej z trzech warstw niepyłającej włókniny zgodnej z normą: z normą EN 14683:2019+ AC:2019 Annex D I EN ISO 11737-1:2018.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 3

Prosimy o dopuszczenie

PÓLMASKA FFP2

Została zaprojektowana w celu ochrony przed stałymi i nielotnymi cząsteczkami cieczy.

- składana, idealnie wyprofilowana
- bez zaworu wydechowego,
- mocowana na gumki zakładane na uszy
- sztywnik na nos zapewniający dopasowanie i wygodne użytkowanie,
- 5-warstwowa
- filtracja powyżej 94%,
- opakowanie – 25 szt.
- spełnia wymagania normy EN 149: 2001 + A1: 2009

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przedmiotowego środka dowodowego w postaci certyfikatu CE dla wyrobów medycznych w I klasie, dla których wymagana jest deklaracja zgodności

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.