

**dot. Postępowania na zakup i dostawę
cytometru przepływowego oraz wirówki laboratoryjnej
Nr post. 022/12/2021**

**Do wykonawców
biorących udział w postępowaniu**

Do dnia 11.01.2022r wpłynęło następujące pytanie dotyczące prowadzonego postępowania nr 022/12/2021:

Wykonawca nr 1

Pytania dotyczące Pakietu nr 1

Czy Zamawiający w pozycji 1 wyrazi zgodę na cytometr cyfrowy wyposażony w laser niebieski (długość fali 488 nm) i czerwony (długość fali 638 nm) ?

Odp.Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Czy Zamawiający w pozycji 2 zaakceptuje lasery półprzewodnikowe, które są stabilne temperaturowo i nie wymagają aktywnego chłodzenia?

Odp.Nie, Zamawiający nie zaakceptuje

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści aparat ze stabilnym układem optycznym, który nie pozwala na automatyczne dostrajanie laserów, jeśli jest to konieczne, podczas kontroli jakości wykonywanej na kulkach kalibracyjnych?

Odp.Nie,Zamawiający nie dopuszcza

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści aparat wyposażony w nowoczesne diody APT, których zastosowanie nie wymusza kolejności odczytu fluorescencji?

Odp.Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Czy Zamawiający w pozycji 4 wyrazi zgodę na rozwiązanie nie wyposażone w żel optyczny? Zaletą urządzenia z dobrą aparaturą optyczną i dobrym zbieraniem sygnału jest brak konieczności wymieniać żelu optycznego.

Odp.Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Czy Zamawiający w pozycji 7 wyrazi zgodę na aparat mający możliwość ustawienia progu detekcji na maksymalnie dwóch parametrach jednocześnie?

Odp.Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Czy Zamawiający w pozycji 10 dopuści rozwiązanie gdzie manualne podawanie próbek odbywa się za pomocą karuzeli?

Odp.Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Pytania dotyczące Pakietu nr 2

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści wirówkę o ilości obrotów na minutę wynoszącej 18,000 rpm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający w pozycji 2 zgodzi się na możliwość regulacji prędkości ze skokiem równym 100 rpm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Czy Zamawiający w pozycji 8 wyrazi zgodę na wirówkę z funkcją uruchamiania zegara od początku, a nie po osiągnięciu ustawionej prędkości?

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Czy Zamawiający w pozycji 9 wyrazi zgodę na możliwość instalacji maksymalnie 13 rotorów?

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Czy Zamawiający w pozycji 10 wyrazi zgodę na maksymalną pojemność wynoszącą 1,6 L?

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Czy Zamawiający w pozycji 15 wyrazi zgodę na wysokość wirówki z otwartą pokrywą wynoszącą 81,3 cm?

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Czy Zamawiający w pozycji 16 wyrazi zgodę na wymiary wirówki wynoszące (szer x głęb x wys) 46 x 70,7 x 37 cm?

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Czy Zamawiający w pozycji 28 wyrazi zgodę na dodatkowy adapter na 10 probówek 10mL oraz adapter na 10 probówek 15mL?

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Wykonawca nr 2

1. Czy ze względu na utrudniony ruch graniczny spowodowany sytuacją epidemiczną w kraju Zamawiający zgodzi się na obniżenie kar umownych do 0,2% za każdy dzień opóźnienia ?

Odp. Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu par. 5 ust.2

1. Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu dostawy do 10 tygodni od podpisania umowy? Wzmożone zapotrzebowanie na produkty laboratoryjne do diagnostyki covidowej, a także fakt, iż magazyny producenta znajdują się zagranicą, może powodować wydłużenie terminu dostawy.

Odp. Nie, zgodnie z odpowiedzią z dnia 10.01.2022r.

Pakiet nr 2 pkt 8

Czy Zamawiający dopuści wirówkę z funkcją uruchamiania zegara po osiągnięciu 95% ustawionej prędkości? Poza tym, wirówka spełnia wszystkie inne wymagane przez Zamawiającego parametry?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza



Kierownik Działu Administracyjnego,
Zamówień Publicznych i ds. Żywności
mgr inż. Tadeusz Chmielewski

D Y B I T O W A
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Konsumentów
im. Tadeusza Brzozowskiego
Grażyna Weiter