

Bydgoszcz 2022.01.10

**dot. Postępowania na zakup i dostawę
cytometru przepływowego oraz wirówki laboratoryjnej
Nr post. 022/12/2021**

**Do wykonawców
biorących udział w postępowaniu**

Do dnia 10.01.2022r wpłynęło następujące pytanie dotyczące prowadzonego postępowania nr 022/12/2021:

1. Dotyczy Pakietu nr 1, załącznik nr 3 pkt 18 oraz wzór umowy załącznik nr par. 6 ust. 6

Czy Zamawiający potwierdza, że przez czas reakcji serwisu rozumie podjęcie działań w następstwie zgłoszenia telefonicznego, faksem lub mailem polegających na ustaleniu zakresu i przyczyn uszkodzenia sprzętu oraz określeniu sposobu i terminu usunięcia uszkodzenia?

Odp. Tak, dotyczy to pakietu nr 1 i 2

2. Dotyczy Pakietu nr 1, wzór umowy załącznik nr par. 6 ust. 6

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kary umownej do 0,2% wartości brutto umowy za każdy dzień przekroczenia terminu przewidzianego na czas reakcji przez autoryzowany serwis

Odp. Tak, Zamawiający zgadza się na proponowaną zmianę dotyczy to pakietu nr 1 i 2

3. Dotyczy Pakietu nr 1, załącznik nr 3 pkt I.1 dotyczący części CERTYFIKATY I WPISY

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie/usunięcie wymogu posiadania odrębnego certyfikatu CE. Opisany przedmiot zamówienia, **cytometr przepływowy jest urządzeniem medycznym CE IVD, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych posiada deklarację zgodności CE IVD**. Dla tej klasy wyrobów medycznych wystawiana jest deklaracja zgodności CE IVD bez dodatkowego certyfikatu CE.

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie

4. Dotyczy Pakietu nr 1 SWZ pkt 4 oraz pkt 17.2 (termin realizacji zamówienia max. 40 dni)

Z uwagi na obecną sytuacją pandemiczną, która znacząco wpływa na dostępność części dostarczanych przez naszych kontrahentów, ilość personelu w fabryce, a także na zmniejszenie ilości lotów ze Stanów Zjednoczonych i wydłużenie kolejek do nadawania towarów w transporcie lotniczym, zwracamy się z prośbą o wydłużenie max. terminu dostawy cytometru do 10 tygodni od daty podpisania umowy. Powyższa prośba wynika również z

tego, że oferowany analizator jest fabrycznie nowy i będzie produkowany w Stanach Zjednoczonych specjalnie pod konkretną umowę w wymaganej konfiguracji.

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje przedstawiony max termin realizacji.

5. Zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy następującego zapisu:

„W przypadku zwłoki w dostawie Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania art. 15r i 15r1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w przypadku spełnienia warunków określonych w przepisach ustawy.”

Art. 15r1. 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 15r ust. 1, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Ginekologiczno-Zakaźnego
im. Tadeusza Kościuszki

Grażyna Walter

Kierownik Biura Administracyjnego,
Zamówień Publicznych i ds. Zywienia

mgr inż. Tadeusz Chwiałkowski